



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยี เซอร์เวย์ (2012) TECHNO SURVEY (2012) LTD.,PART.

( พิษณุโลก ) 7/5 ถ.ธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Tel.055-303-681-2 Fax . 055-303-682

( เชียงใหม่ ) 167/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 Tel.053-260-830 Fax. 053-260-280

( ดอนเมือง ) 7/258 ซ.เลียบคูนายกิม13 ถ.เลียบคูนายกิมสาย 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 Tel / Fax. 0-2929-0149

[http:// www.svt.co.th](http://www.svt.co.th)

E-mail : [svt.2012@hotmail.com](mailto:svt.2012@hotmail.com)

### ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slum Test)

#### รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน

ASTM C 143, AASHTO T 23, T 119, T 126

#### รายละเอียดทางเทคนิค

1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วย สแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่สูง 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน
2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod ) จำนวน 1 อัน
3. ถาดรอง (Tray) ขนาด 24 x 24 นิ้ว จำนวน 1 อัน
4. ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จำนวน 1 อัน
5. แปรงทองเหลือง ค้ำไม้ จำนวน 1 อัน
6. เครื่องสำหรับปาดตัวอย่าง จำนวน 1 อัน

